

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych – obłożenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z fartuchami chirurgicznymi o długościach 128 cm oraz 138 cm? (pozycja 1 zestawu)	Zamawiający nie dopuszcza.
2	Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny PP 37 g/m ² , o wymiarach wzmocnienia 60 cm x 145 cm? (pozycja 2 zestawu)	Zamawiający nie dopuszcza.
3	Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z osłoną na aparaturę RTG o wymiarach 85 cm x 85 cm? (pozycja 4 zestawu)	Zamawiający nie dopuszcza.
4	Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z samoprzylepną kieszenią na płyny z folii PE o wymiarach 30 cm x 40 cm? (pozycja 8 zestawu)	Zamawiający nie dopuszcza.
5	Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą przystosowaną do operacji na stole wyciągowym o wymiarach wzmocnienia 85 cm x 220 cm, z pozostałymi parametrami zgodnymi z SWZ? (pozycja 9 zestawu)	Zamawiający nie dopuszcza.
6	Pakiet 2, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik instrumentalny o wymiarach wzmocnienia 60 cm x 190 cm? (pozycja 10 zestawu)	Zamawiający nie dopuszcza.
7	Pakiet 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw o parametrach i składzie: Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² , w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m ² : • 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. Wzmocnienie o wymiarach 30 x 30 cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm. • 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ² • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150	Zamawiający nie dopuszcza.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957




cm x 190 cm

Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.



160/240x180cm
x1



75x90cm
x1




30x30cm
x4



10x50cm
x1



80x145cm
x1



150x190cm
x1

8 **Pakiet 5, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniyny SMS o gramaturze 33g/m²?

Zamawiający nie dopuszcza.

9 **Pakiet 5, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta związaną na troki z przodu przy szyi i z tyłu w pasie?

Zamawiający nie dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Rodowski

KIEROWNIK SEKCJI
Analiz i Strategii Logistycznych
dla Apteki Szpitalnej
mgr Zuzanna Grodzicka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

