

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu oryginalnego produktu - Ureterorenoskopu giętkiego cyfrowego sterylizowanego z ograniczeniem czasowym - max.21h pracy. Kanał roboczy irygacyjny o średnicy 3,6 Fr, kąt wygięcia końcówki 270° góra i 270° dół, średnica części roboczej 7,5 Fr, długość robocza 670mm, pole widzenia 110° – oznakowanego oryginalnym logotypem identyfikującym w sposób jednoznaczny producenta na rękojeści z dźwignią sterującą wygięciem końcówki ureterorenoskopu?	Tak. Zamawiający wymaga oryginalnego produktu.