

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych - obłożenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

<b>L.P.</b>	<b>PYTANIE</b>	<b>ODPOWIEDŹ</b>
1	<b>Pakiet 7, poz. 1</b> – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1326 g?	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
2	<b>Pakiet 8, poz. 2</b> – Czy Zamawiający dopuści folię o wymiarach powierzchni całkowitej 40 x 42 cm, powierzchnia lepna 40 x 36 cm?	Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
3	<b>Dotyczy Pakietu 2 poz. 1</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy jałowej 1m2 zgodnej z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że wykonana zostały z gazy 15 nitkowej?	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.
4	<b>Dotyczy Pakietu 2 poz. 2</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy jałowej ½ m2 zgodnej z OPZ Zamawiającego z tą różnicą, że wykonana została z gazy 15 nitkowej?	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.