

Łódź dn. 04.10.2024r
Nr sprawy: APT / 40 / 2024

WYBÓR OFERTY

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych - obłożenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.).

I. Zamawiający zamieszcza informację o ofertach złożonych w postępowaniu oraz o Wykonawcach, których ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami oceny ofert w zapytaniu ofertowym:

Nr pakietu	Siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty	Zaoferowana kwota	- cena 60%.	- czas realizacji dostawy	Łączna punktacja	Najkorzystniejsza oferta – siedziba i adres wykonawcy	Uzasadnienie wyboru
1	May Global Medical and Pharma Sp. z o.o ul.Grzybowska 80/82/306 00-844 Warszawa	45 684,00 zł	60,00	40,00	100,00	May Global Medical and Pharma Sp. z o.o ul.Grzybowska 80/82/306 00-844 Warszawa	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
	Skamex Spółka Akcyjna ul.Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	49 572,00 zł	55,29	0,00	55,29		
2	May Global Medical and Pharma Sp. z o.o Ul.Grzybowska 80/82/306 00-844 Warszawa	84 309,12 zł	60,00	40,00	100,00	May Global Medical and Pharma Sp. z o.o ul.Grzybowska 80/82/306 00-844 Warszawa	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
	Fapomed Polska Sp. z o.o. ul. Okopowa 47/53 01-059 Warszawa	85 536,00 zł	OFERTA ODRZUCONA				
	Skamex Spółka Akcyjna ul.Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	84 672,00 zł	OFERTA ODRZUCONA				
	Citonet Łódź Sp. z o. o. ul. Świętojańska 5/9 93-493 Łódź	61 551,36 zł	OFERTA ODRZUCONA				

II. Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Fapomed Polska

Sp. z o.o.

ul. Okopowa 47/53

01-059 Warszawa – PAKIET NR 2

Po szczegółowej analizie Państwa oferty dotyczącej zestawu uniwersalnego typu TIBURON, stwierdzono, że zaofertowane produkty nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, Zamawiający wymagał następujących parametrów:

1. Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (tolerancja +/- 2 cm), wykonana z mocnej folii o grubości 70 µm, o gramaturze 65 g/m² ze wzmocnieniem w części centralnej włókniną dwuwarstwową o wymiarach min. 65 cm x 85 cm, o gramaturze 35 g/m², spełniająca obowiązujące normy (PN-EN 13795) dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarze krytycznym. Osłona w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. - 1 szt.
2. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 196 cm x 200 cm - 1 szt.
3. Serweta górna, samoprzylepna, o wymiarach 160 cm x 260 cm - 1 szt.
4. Serweta boczna, samoprzylepna na całej długości dłuższego boku, o wymiarach 75 cm x (90 - 100) cm - 2 szt.
5. Organizator przewodów typu rzep - 1 szt.
6. Ręcznik jednorazowy, chłonny 20 cm x 30 cm - 4 szt.
7. Serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 190 cm x 140 cm (tolerancja + 10 cm) - 1 szt.
8. Serwety (poz. 2, 3, 4) wykonane z jednorodnego chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen). Pozbawione pyłących się włókien celulozy i wiskozy. Gramatura: 66 g/m², Odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H₂O.
9. Wszystkie składowe (1-7) ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
10. Obłożenia muszą posiadać znak CE i spełniać wymogi normy zharmonizowanej EN 13 795 -1,2,3 w zakresie wartości dla materiałów o wysokiej efektywności w obszarach krytycznych (potwierdzone oświadczeniem producenta obłożeń).
11. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety z: nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych.
12. Zapakowane sterylne

Tymczasem, zaofertowano osłonę o innej grubości folii i gramaturze, co nie spełnia wymagań zamawiającego.

Serwety boczne (poz. 4) miały mieć wymiar 75 cm x (90-100) cm, a zaproponowano serwety o innych wymiarach oraz z zastosowaniem materiałów niewłaściwych w kontekście wymagań zamawiającego.

W związku z powyższym, oferta zostaje odrzucona z powodu niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie szczegóły dotyczące zaofertowanego produktu, które uznane zostały za tajemnicę przedsiębiorstwa, zostaną zachowane w pełnej poufności.

Skamex Spółka Akcyjna

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź – PAKIET NR 2

Po dokładnej analizie specyfikacji zaofertowanych produktów stwierdzono, że oferta nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

W szczególności:

1. Osłona na stolik Mayo: Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, osłona powinna mieć wymiary 80 cm x 145 cm i być wykonana z folii o grubości 70 µm. Zaofertowana przez Państwa osłona ma mniejsze wymiary (80 cm x 142 cm) oraz folię o grubości 50 µm, co jest niezgodne z wymaganiami.
2. Serweta na stolik instrumentariuszki: Wymagane było wykonanie serwety z trójwarstwowego laminatu. Zaofertowana serweta została wykonana z folii PE, co nie spełnia specyfikacji technicznych określonych przez zamawiającego.

Powyższe różnice stanowią istotne odstępstwa od wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co skutkuje koniecznością odrzucenia Państwa oferty z uwagi na niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego.

Citonet Łódź Sp. z o. o.

ul. Świętojańska 5/9

93-493 Łódź – PAKIET NR 2

Po szczegółowej analizie Państwa oferty dotyczącej zestawu uniwersalnego typu TIBURON, stwierdzono, że zaofertowane produkty nie spełniają wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Zidentyfikowano następujące niezgodności:

1. Osłona na stolik Mayo: Wymagania zamawiającego określają, że osłona powinna być wykonana z folii o grubości 70 µm, natomiast w Państwa ofercie zaproponowano folię o grubości 50 µm, co nie spełnia określonych warunków.
2. Laminaty serwet: Zgodnie z wymaganiami, serwety powinny być wykonane z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 66 g/m². W Państwa ofercie zaofertowano laminat dwuwarstwowy L2 o niższej gramaturze 55 g/m², co stanowi istotną niezgodność.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957



3. Wymiary serwet: Kilka elementów, w tym serweta dolna (180 cm x 170 cm) oraz serweta boczna (90 cm x 75 cm), mają wymiary inne niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, co nie spełnia stawianych wymagań.
4. Ręczniki jednorazowe: Zamiast wymaganych 4 sztuk ręczników jednorazowych o wymiarach 20 cm x 30 cm, zaoferowano 2 sztuki ręczników o wymiarach 40 cm x 20 cm, co również stanowi odstępstwo od wymagań.

Powyższe różnice są kluczowe dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i w związku z tym oferta nie spełnia wymagań zamawiającego. Oferta zostaje odrzucona z powodu niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
dr n. med. Jerzy Badowski

KIEROWNIK SEKCJI
Analiz i Strategii Logistycznych
dla Apteki Szpitalnej
Ewa Grodzicka
mgr Ewa Grodzicka

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

