

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

1. W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1	Pakiet nr 1. poz. 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga drutu prowadzącego o następujących parametrach: nitinolowy rdzeń, końcówka prosta lub zakrzywiona, elastyczna z obu stron drutu, z powłoką hydrofilną na odcinku dystalnym 5cm, na pozostałej części drutu pokrycie PTFE, średnica 0,89 mm lub 0,97 mm, długość 150 cm.	Tak, wymaga.
2	Pakiet 1. poz. 2. Czy Zamawiający oczekuje, by płaszcz moczowodowy z funkcją odsysania spełniał następujące parametry: Płaszcz dostępu moczowodowego z giętką końcówką dystalną oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji. Dostępny w rozmiarach: 10/12Fr, 11/13Fr, 12/14Fr oraz długościach: 40 cm lub 50 cm do wyboru przez Zamawiającego. Możliwa kontrola odsysania poprzez miękką, antypoślizgową przesuwную regulację zamknięcia odpowietrznika. Płaszcz oraz poszerzacz z nadrukowaną centymetrową podziałką oraz pokryciem hydrofilnym na całej długości.	Tak, wymaga.
3	Pakiet 2. poz.3 Czy zamawiający wymaga zestawu do szynowania o następujących parametrach: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, dostępny w rozmiarach 4,8 Fr/28 cm), w zestawie z popychaczem dł.40 cm– stenty mogące pozostawać do 365 dni w ciele pacjenta, do zakładania przez cystoskop.	Tak, wymaga.

INSPEKTOR SEKCJI
Analiz i Strategii Logistycznych
dla Apteki Szpitalnej
Paulina Zarzycka
mgr Paulina Zarzycka

INSPEKTOR SEKCJI
Analiz i Strategii Logistycznych
dla Apteki Szpitalnej
Grzegorz Olewski
Grzegorz Olewski

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

