

Łódź dn. 13.11.2024r

Nr sprawy: APT / 54 / 2024

## WYBÓR OFERTY

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.).

I. Zamawiający zamieszcza informację o ofertach złożonych w postępowaniu oraz o Wykonawcach, których ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami oceny ofert w zapytaniu ofertowym:

Nr palety	Siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty	Zaoferowana kwota	- cena 90%.	- czas realizacji dostawy	Łączna punktacja	Najkorzystniejsza oferta – siedziba i adres wykonawcy	Uzasadnienie wyboru
1	JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp. z o.o. ul. Hłżecka 24 02-135 Warszawa	91 393,51 zł	90,00	0,00	90,00	JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp. z o.o. ul. Hłżecka 24 02-135 Warszawa	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
	BERYL MED POLAND Sp. z o.o. ul. Rtm. Witolda Pileckiego 59/151 02-781 Warszawa	57 480,19 zł	Oferta odrzucona				

II. Zamawiający odrzucił następującą ofertę:

**BERYL MED POLAND Sp. z o. o.**  
**ul. Rtm. Witolda Pileckiego 59/151**  
**02-781 Warszawa**

Po dokładnej analizie dokumentacji przedstawionej przez Państwa informujemy, że oferta została odrzucona z uwagi na rozbieżności względem wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Stwierdzone rozbieżności obejmują:

- Zakres artykulacji staplera – w zapytaniu ofertowym wskazaliśmy maksymalny zakres artykulacji 110 stopni (po 55 stopni w każdą stronę). Oferowany przez Państwa stapler EnDrive Beluga ma artykulację 120 stopni (po 60 stopni w każdą stronę), co przekracza wymaganą wartość maksymalną. Przekroczenie tej wartości nie jest zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz z założonym profilem użytkowym, aby zapewnić optymalną kontrolę i bezpieczeństwo narzędzia podczas zabiegów. Wykonawca nie skorzystał z prawa do zadawania pytań dotyczących wymaganego zakresu artykulacji, co mogłoby rozwiązać ewentualne wątpliwości w tej kwestii.
- System sprzężenia zwrotnego – Wymagaliśmy zarówno dźwiękowego, jak i haptycznego sprzężenia zwrotnego sygnalizującego maksymalne zgięcie. W przesłanej dokumentacji producent potwierdza jedynie obecność haptycznego sprzężenia zwrotnego, bez wzmianki o sygnale dźwiękowym, co nie spełnia wszystkich wymagań zapytania ofertowego.

Powyższe różnice stanowią istotne odstępstwa od wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, co skutkuje koniecznością odrzucenia Państwa oferty z uwagi na niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, http://www.kopernik.lodz.pl

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

