

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych – obłożenia dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

W toku prowadzonego postępowania, do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

L.P.	PYTANIE	ODPOWIEŹ
1	<p>1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:</p> <p>1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:</p> <p>1.2. jeżeli nastąpi odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub natychmiastowe rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu, na jego pisemne i uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, opisanego w §1 ust. 2 pkt. 2.1.;</p> <p>1.3. za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;</p> <p>1.4. za zwłokę w załatwieniu reklamacji Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru stanowiącego przedmiot reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;</p> <p>1.5. za niedostarczenie w terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zapłaci mu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>
2	<p>Pakiet 1 – Czy zamawiający dopuści ręcznik 30 x 30 cm?</p> <p>Pakiet 1 – Czy zamawiający dopuści pean prosty ze stali o dł. 14cm?</p> <p>Pakiet 1 – Czy zamawiający dopuści serwetę 225 x 320 cm z dwuwarstwowego laminatu z foliową wstawką po obu stronach 62,5 x 320 cm, posiadającą 2 otwory z folią chirurgiczną o śr. 12cm, umieszczone 75cm od górnej krawędzi serwetki, otoczone wzmocnieniem o wymiarach 70 x 70 cm?</p> <p>Pakiet 1 – Czy zamawiający dopuści osłonę na przewody/sondę 14 x 250cm?</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.</p>