

Łódź dn. 13.11.2024r
Nr sprawy: APT / 55 / 2024

WYBÓR OFERTY

Dotyczy: dostawy wyrobów medycznych – zestaw do ablacji dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.).

I. Zamawiający zamieszcza informację o ofertach złożonych w postępowaniu oraz o Wykonawcach, których ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami oceny ofert w zapytaniu ofertowym:

Nr pakietu	Siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty	Zaoferowana kwota	- cena 60%.	- czas realizacji dostawy	Łączna punktacja	Najkorzystniejsza oferta – siedziba i adres wykonawcy	Uzasadnienie wyboru	
1	Zarys International Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze	OFERTA ODRZUCONA					Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	Oferta Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów wyboru ofert.
	Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl	32 832,00 zł	37,50	40,00	77,50			

II. Zamawiający odrzucił następujące oferty:

Zarys International Group Spółka z O.O. Spółka Komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Po szczegółowej analizie Państwa oferty, dotyczącej zestawu do angiografii, stwierdzono, że zaoferowany produkt nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia:

1. Ręcznik wysoko chłonny:

W opisie zamówienia wymagany jest ręcznik o wymiarach 30 x 40 cm, natomiast w ofercie wykonawcy jest ręcznik o wymiarach 30 x 30 cm. Wymiar ten nie spełnia wymaganych parametrów co do chłonności i wielkości, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo i wygodę użytkownika zestawu podczas zabiegu.

2. Powłoka ochronna na aparaturę typu czepek:

W specyfikacji zamówienia wymagana jest powłoka ochronna w rozmiarze 90-120 x 90-120 cm (minimalne wymiary). Natomiast oferta wykonawcy zawiera powłokę o stałym wymiarze 120 x 120 cm. Wymiar ten różni się od specyfikacji zamówienia, co może utrudniać stosowanie powłok w różnych sytuacjach klinicznych.

3. Pean prosty jednorazowego użytku:

Wymagany długość peanu to 13 cm, podczas gdy oferta zawiera pean o długości 14 cm. Jest to różnica wpływająca na precyzję i komfort użytkownika instrumentu.

4. Serweta zabiegowa:

Opis przedmiotu zamówienia określa serwetę o wymiarach 240 x 350 cm, wykonaną z wielowarstwowej włókniny typu SMS, wyposażoną w przezroczystą foliową wstawkę o wymiarach 70 x 350 cm i otworach o średnicy 14 cm, otoczonych wzmocnieniem 100 x 280 cm. Tymczasem oferta wykonawcy zawiera serwetę o wymiarach 225 x 320 cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, z foliową wstawką 62,5 x 320 cm, otwory są mniejsze (12 cm), a wzmocnienie ma wymiar 70 x 70 cm. Te rozbieżności znacząco zmieniają funkcjonalność serwety, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia sterylności i osłony pulpitu sterowniczego oraz dostępu do pola operacyjnego.

5. Osłona na przewody/sondę:

W opisie przedmiotu zamówienia wymagana jest osłona o wymiarach 13 x 244 cm, natomiast oferta wykonawcy zawiera osłonę o wymiarach 14 x 250 cm. Różnica ta, choć może wydawać się niewielka, wpływa na możliwość dopasowania osłony do przewodów i może być niezgodna z wymaganiami specyfikacji.

Podsumowując, oferta wykonawcy nie spełnia kluczowych wymagań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia. Różnice w wymiarach i parametrach poszczególnych elementów zestawu wpływają na jego funkcjonalność, zgodność z wymogami klinicznymi oraz bezpieczeństwo użytkownika, dlatego konieczne jest odrzucenie tej oferty jako niezgodnej z OPZ .

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa

dr n. med. Jerzy Badowski



INSPEKTOR SEKCJI
Analiz i Strategii Logistycznych
dla Apteki Szpitalnej

Grzegorz Olewski



ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957

KIEROWNIK SEKCJI
Analiz i Strategii Logistycznych
dla Apteki Szpitalnej

mgr Ewa Gródzicka

