

## Załącznik nr 3 Zestawienie parametrów technicznych i warunków gwarancji

Nr sprawy: 01/PET/2024

<b>Zestawienie parametrów technicznych</b>		
System operacyjny minimum Windows 10 professional	<b>Tak</b>	
Oprogramowanie miernika zawierające możliwość kontroli jakości (okres półroczny, pomiar aktywności)	<b>Tak</b>	
Kolumna jonizacyjna z osłoną minimum 3 mm Pb	<b>Tak</b>	
Uchwyt na strzykawki i fiolki	<b>Tak</b>	
Biblioteka izotopów takich jak - Cs-137, I-131, Lu-177, Ga-68, C-11, F-18, Ra-223, Y-90, Tc-99m. Możliwość dodania izotopów	<b>Tak</b>	
Aktywność wyrażona w Bq lub Ci	<b>Tak</b>	
Liniowość detektora nie przekraczająca $\pm 5\%$	<b>Tak</b>	
Dostarczenie deklaracji zgodności urządzenia medycznego	<b>Tak</b>	
Kalkulator aktywności na określoną godzinę	<b>Tak</b>	
Możliwość dodania danych pacjenta	<b>Tak</b>	

<b>WARUNKI GWARANCJI I SERWISU</b>		
Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru min. 24 miesiące	<b>Tak, podać</b>	
W ramach umowy przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta	<b>Tak, podać</b>	
Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy	<b>Tak</b>	
Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godziny, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy.	<b>Tak, podać</b>	
Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa	<b>Tak, podać</b>	